

浙江科海检测有限公司 检 验 检 测 报 告

受测单位	浙江爱旭太阳能科技有限公司		
地 址	浙江省金华市义乌市苏溪镇好派路 655 号		
委托单位	浙江爱旭太阳能科技有限公司		
联系人	杨荣强	联系电话	18170755662
样品名称	地下水		
样品数量	水: 3 瓶		
送样单位	浙江爱旭太阳能科技有限公司		
送样日期	2022.09.16		
接收日期	2022.09.16	检测日期	2022.09.17

检测项目	检测依据	检出限
氟化物	地下水水质分析方法 第 54 部分: 氟化物的测定 离子选择电极法 DZ/T0064.54-2021	0.03mg/L
主要仪器	离子计 PXSJ-226 型	

编制人: 张婷婷

审核人:

方小辉

批准人:

2022 年 09 月 21 日
检验检测专用章(1)

检测结果

表 1 地下水检测结果

来样标识 送样日期 样品 样品 编号 性状 检测项目及单位	地下水 1#	地下水 2#	地下水 3#
	2022.09.16		
	HJ22090500 (水) -001	HJ22090500 (水) -002	HJ22090500 (水) -003
	浅黄, 微浑	浅黄, 微浑	无色, 微浑
氟化物 (mg/L)	1.93	0.48	0.11

注: 样品为企业自送样, 仅对当时来样负责。

(以下空白)

***** 报 告 结 束 *****